RM35 CALIBRATED
TEST ACCORDING TO MODULE F

1 GENERAL INFORMATION

- Whether calibrated or not, **every RM35 measures the same and fulifils** to **accuracy class III > 10 m ± 1 %** (document available) – valid from 5 meters
- There are **2 item numbers:** 10172 (not calibrated – type test according to module B) and 10184 (calibrated - type test according to module F)
- The **initial test must be carried out by RUNPOTEC or rather the notified agency** (authority that issued the EU type examination certificate).
  Issues a Certificate of Conformity according to Module F (see point 4)

2 RM35 CALIBRATED - ITEM NUMBER

- **New Item number: 10184**

3 INSPECTION LABELS

- (a) New test badge back side RM35
- (b) Continuous serial number z.B.: E1002821
- (c) Year of review M 21
- (d) Number of the notified centre **0445**
- (e) Sealing badge



(f) Recalibration sticker front (Validity period 2023)
Valid for 2 Jahre years
i.e. Recalibration must take place on 01.01.2024 at the latest.

(g) 2 pieces
Sealing plates inside RM35

4 CONFORMITY ASSESSMENT ACCORDING TO MODULE F (CALIBRATED)

(h) Certificate of conformity to European standard with reference to serial number (enclosed with each RM35 item number 10184) can also send as a PDF



Konformitätsbescheinigung

Auftragsnummer: T21-1517/2

Certificate of conformity

notified body, identification number 0445

Die Übereinstimmung der **Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombination (Längenmessgeräte), Genauigkeitsklasse III**
The conformity of the dimensional measuring instrument, accuracy class III

Hersteller *Manufacturer*	RUNPOTEC GmbH Irlachstraße 31 5303 Thalgau Österreich	mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/32/EU in der geltenden Fassung und der EU Baumusterprüfbescheinigung wurde durch Prüfungen und Versuche nach OIML R66 Edition 1985 (E) Length measuring instruments und der EU Baumusterprüfbescheinigung festgestellt, *with the requirements of Council Directive 2014/32/EU as amended and the EU type examination certificate was established by examinations and tests referred to in OIML R66 Edition 1985 (E) Length measuring instruments and the EU type examination certificate.*
Bauart *Type*	RM35	
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung *No of EU type examination certificate*	A 0445/2020-0.752.468/2021	
Herstellungsnummer *Serial number*	**E1001021, E1001121, E1001221, E1001321, E1001421, E1001521, E1001621, E1001721, E1001821, E1001921**	

Elektronische Amtssignatur
Official Electronic Signature

5 RECALIBRATION

- 2 years after initial issue see example (f)

Recalibration must then always be carried out in the respective country by a certified calibration laboratory.

RUNPOTEC GmbH - Irlachstrasse 31 - A-5303 Thalgau
Tel.: +43-6235-20335 - Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com - www.runpotec.com

Bundesamt
für Eich- und
Vermessungswesen

Notifizierte Stelle NB 0445

bev.gv.at

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Notifizierte Stelle NB 0445

notifizierte.stelle@bev.gv.at
+43 1 211 10-826361
Fax +43 1 211 10-82996000
Arltgasse 35, 1160 Wien, Österreich

Konformitätsbescheinigung

Auftragsnummer: T21-1517/2

Certificate of conformity

notified body, identification number 0445

Die Übereinstimmung der **Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombination (Längenmessgeräte) , Genauigkeitsklasse III**
The conformity of the dimensional measuring instrument, accuracy class III

Hersteller *Manufacturer*	RUNPOTEC GmbH Irlachstraße 31 5303 Thalgau Österreich	mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/32/EU in der geltenden Fassung und der EU Baumusterprüfbescheinigung wurde durch Prüfungen und Versuche nach OIML R66 Edition 1985 (E) Length measuring instruments und der EU Baumusterprüfbescheinigung festgestellt. *with the requirements of Council Directive 2014/32/EU as amended and the EU type examination certificate was established by examinations and tests referred to in OIML R66 Edition 1985 (E) Length measuring instruments and the EU type examination certificate.*
Bauart *Type*	RM35	
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung *No of EU type examination certificate*	A 0445/2020-0.752.468/2021	
Herstellungsnummer *Serial number*	**E1001021, E1001121, E1001221, E1001321, E1001421, E1001521 E1001621, E1001721, E1001821 E1001921**	

Die qualifizierte elektronische Signatur ist laut Signaturengesetz einer eigenhändigen Unterschrift gleichwertig (Bundesgesetz über elektronische Signaturen und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen – Signatur – und Vertrauensdienstgesetz – SVG, BGBl. I Nr. 50/2016, in der geltenden Fassung).

Elektronische Amtssignatur Official Electronic Signature		
Signaturwert / Signature Value	i0ZDwQL5U/5Blx7Da0Cbi4Wz6Kxn0Q8KI84n9c7KbO3CYV7BOLX3ly2TUNoL+wZRZs6QyyP7RFljc80if1pQ ybD89HnTWMy1dClfLylsaN9LGK5tcaUNmOTKXyEcDCmHUKMNIJV2d+D4aPmvxhur7TxOaYlDkDaLfZ/0nFCj 6Npfx0CqW+MmDH1Zk/HnjCBF6RV5kPFv7ymz7OMFsRC2TVv6C8nNcWKNsKWQdvznznksHhAbwGv/5TWBe+B5 Zod4kYnplR5DAZfYfDoFxc/2qCddX1K/1wz5jWUgoT4utMQ0K5NabSUi9u0m8qcdD9bRt8YmnaczLFfGu+sw E2sq+g==	
REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN @ AMTSSIGNATUR	Unterzeichner / Signatory	Notifizierte Stelle NB 0445 / Notified Body NB 0445
	Datum und Zeit / Date and Time	2021-10-05T15:15:47+02:00
	Zertifikat-Aussteller / Certificate Issuer	CN=a-sign-corporate-light-03,OU=a-sign-corporate-light-03,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr. / Serial No.	1906624897
Prüfinformation Verification Information	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bev.gv.at/amtssignatur Information about the verification of the electronic signature and the printout can be found at: https://www.bev.gv.at/amtssignatur	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.	

MUSTER